

Số: 758 /TTYT-KD
Về việc Yêu cầu báo giá thiết bị y tế

Thạch Hà, ngày 15 tháng 9 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho:

Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị cho các trạm y tế xã, thị trấn.

Thuộc Dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2023 tại Trung tâm y tế huyện Thạch Hà với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà, Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phạm Thị Thanh Hải, Khoa Dược-VT-TTB, số điện thoại 0986910286, mail: thanhhaiht1980@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại địa chỉ Phòng giao ban, tầng 3, nhà A, trung tâm y tế huyện Thạch Hà

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 15 tháng 9 năm 2023 đến trước 17h ngày 25 tháng 9 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2023 .

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế.

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/ khối lượng	Đơn vị tính
1	Nồi luộc dụng cụ	THÔNG SỐ KỸ THUẬT NỒI LUỘC 6 LIT - Tủ được chế tạo lớp. Lớp trong cùng bằng inox SUS 304, lớp ngoài bằng thép sơn tĩnh điện hoặc inox 201 (hoặc bằng vật liệu khác	01	Cái

		<p>theo yêu cầu)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dung tích khoang đun 6 lít - Gia nhiệt bằng thanh gia nhiệt - Đun nước đến nhiệt độ sôi (1000C) để khử khuẩn ở mức độ cao - Có điều chỉnh thời gian đun - Điều khiển bằng điện tử - Có hệ thống bảo vệ khi nước ở dưới mức cho phép; bảo vệ an toàn về điện 		
2	Đèn khám bệnh treo trần	<ul style="list-style-type: none"> - Bộ đèn chính: 01 Cái - Nguồn Pin: 01 Cái - Nguồn sạc: 01 Cái 	3	cái
3	Xe tiêm 3 tầng	<ul style="list-style-type: none"> - Khung xe được làm bằng ống phi 25 và được liên kết với các thanh giằng (ống 12.7 hoặc ống 15.9) ; có 3 khay đựng dụng cụ vật tư bằng inox tằm, liên kết với khung bằng bulong (loại vật liệu, độ dày, kích thước các chi tiết của Xe tiêm 3 tầng có thể thay đổi theo yêu cầu khách hàng). - Xe tiêm 3 tầng có 04 bánh xe. 	1	cái
4	Máy hút đờm cầm tay	<ol style="list-style-type: none"> 1. Áp suất âm cao, lưu lượng thấp 2. Nguồn điện: AC220V, 50HZ 3. Công suất vào: 150VA 4. Giá trị áp suất âm: $\geq 0.08\text{MPa}$(760mmHg) 5. Phạm vi điều chỉnh áp hút: 0.02MPa đến giá trị áp suất cực hạn 6. Công suất hút khí: $\geq 20\text{L/phút}$(760mmHg) 7. Bình chứa dịch: 1000mL, 1 bình 8. Tiếng ồn: $\leq 60\text{dB(A)}$ 9. Khối lượng: 3.9 kg 10. Kích thước ngoài: 314 x 123 x 233 (mm) <p>Lưu ý: Không thích hợp sử dụng trong môi trường có khí dễ cháy nổ. Chế độ làm việc: 30 phút bật, 30 phút nghỉ Yêu cầu điện khí: Thiết bị loại II, bộ phận ứng dụng loại B.</p>	5	cái
5	Máy hút dịch	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chân không cao, dòng điện cao 2. Điện vào: 180VA 	1	cái

		<p>3. Nguồn điện: <input type="checkbox"/> AC220V±10% <input type="checkbox"/> AC220V±10% <input type="checkbox"/> AC220V±10% <input type="checkbox"/> 60Hz <input type="checkbox"/> 50Hz</p> <p>4. Chân không tối đa: ≥90kPa</p> <p>5. Chân không điều chỉnh trong khoảng 20kPa đến chân không tối đa</p> <p>6. Dòng khí tối đa: ≥40L/min (1520mmHg)</p> <p>7. Mức âm thanh: ≤65dB(A)</p> <p>8. Bình hút (thủy tinh): 2500ml/bình, một máy có 2 bình</p> <p>9. Khối lượng: 19.5kg</p> <p>10. Kích thước: 350 x 305 x 795 (mm)</p> <p>Không được sử dụng máy ở nơi dễ cháy nổ. Hệ thống làm việc: hoạt động liên tục Phân loại điện: Thiết bị loại I, ứng dụng nhóm B</p> <p>6Điều Kiện Làm Việc Bình Thường: - Nhiệt độ làm việc: +5 độC ~ +35 độ C - Độ ẩm tương đối: 30% ~ 80% - Áp suất không khí: 86kPa ~ 106kPa</p>		
6	Xe lăn tay	<ul style="list-style-type: none"> - Chiều rộng của xe: 65 cm - Chiều rộng khi xe gấp: 24cm - Đường kính vành xe: 60cm - Chiều dài xe: 106cm - Tải trọng của xe: 100kg - Vật liệu inox và vải giả da - Khung xe Inox - Lốp xe bằng cao su đặc - Đế chân bằng nhôm đúc - Phần ngồi và tựa lưng bằng vải giả da - Bánh xe trước đường kính 200mm - Xe có thể gấp gọn lại <p>2. Yêu cầu khác: - Sản phẩm mới 100%. - Hãng sản xuất: Công ty TNHH thương mại</p>	7	Cái

		<p>và sản xuất thiết bị y tế Hoàng Nguyễn</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015 - Thời gian bảo hành 12 tháng đối với khung xe 		
7	CÁNG THƯƠNG	<p>1. Cấu hình đồng bộ:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Khung cáng: 01 cái + Cáng khên tay: 01 cái + Khung chân: 02 bộ + Giăng chân: 01 cái + Cọc truyền: 01 cái + Đệm mút: 01 cái + Bánh xe: 01 bộ <p>2. Đặc tính kỹ thuật:</p> <p>a. Kích thước (mm): D1900xR600xC750 mm±5%</p> <p>b. Kết cấu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kết cấu: Xe có kết cấu tháo lắp, cụ thể: + Cáng khên tay có thể dễ dàng nhấc khỏi xe trong trường hợp cần thiết. + Phần đầu, lưng có thể nâng lên từ 0°-30° theo cơ cấu thanh chống, điều khiển bằng tay. + Hai lan can bằng inox hai bên có thể xếp gọn lên xuống khi không sử dụng. + Cọc truyền dịch bằng inox ống có móc treo. + Xe di chuyển nhẹ nhàng linh hoạt bởi bốn bánh xe Ø150 mm, trong đó có 2 bánh xe có phanh hãm. + Cáng được hàn chắc chắn, tháo lắp dễ dàng + Đệm mút dày 50mm được bọc bên ngoài bằng vải giả da không thấm nước, chịu được các hóa chất tẩy rửa thông thường. + Toàn bộ bề mặt inox được xử lý đạt độ sáng bóng + Tải trọng của xe: 250 kg <p>c. Vật liệu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inox (SUS201 hoặc SUS304), trừ bộ phận chuyển 8động - Đệm mút được bọc bên ngoài bằng vải giả da. - Bánh xe cao su đặc φ150, càng thép mạ chịu lực. 	2	cái

		<p>d. Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản phẩm mới 100%. - Hãng sản xuất: Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 ARMEPHACO - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 13485:2016. - Bảo hành 12 tháng 		
8	XE ĐẨY ĐỒ VẢI	<p>a. Cấu hình:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Xe chính: 01 cái -Bánh xe: 02 cái <p>b. Thông số kỹ thuật cơ bản:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước (DxRx C) mm: 1190x685x750±3% - Toàn bộ xe chắc chắn di chuyển dễ dàng, sàn bằng inox tấm có lỗ thoát nước - Thành xung quanh xe uốn liền, tấm phen chắn phía trước có thể ngả ra và được cố định bằng khoá hãm. Tấm phen có thanh chống khi ngả ra. - Có hai bánh xe di chuyển - Góc uốn khung: thành cong đều - Các mối hàn ngấu chắc -Tải trọng: 50kg <p>c. Vật liệu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu chính làm bằng inox SUS 201 + Trục bánh xe: Thép đặc Ø22mm, hai đầu lắp vòng bi chịu lực + Bánh xe: bằng cao su đường kính Ø200mm <p>d. Các yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mới 100% - Bảo hành 12 tháng - Hãng sản xuất: Công ty TNHH MTV Thiết bị y tế 130 ARMEPHACO - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 13485:2016. 	1	cái
9	Máy hút dịch	<p>CẤU HÌNH Máy chính và các phụ kiện đi kèm</p> <p>ĐẶC TRƯNG KẾT CẤU</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bơm chân không pit-tông không có dầu và hơi nước giúp ngăn ngừa vi khuẩn. 	1	cái

		<p>- Nút điều chỉnh tay và chân giúp vận hành dễ dàng</p> <p>- Hệ thống điều chỉnh chân không có thể điều chỉnh dễ dàng.</p> <p>THÔNG SỐ KỸ THUẬT</p> <p>1. Chân không cao, dòng điện cao</p> <p>2. Điện vào: 180VA</p> <p>3. Nguồn điện: <input type="checkbox"/> AC220V±10% <input type="checkbox"/> AC220V±10% <input type="checkbox"/> AC220V ±10% <input type="checkbox"/> 60Hz <input type="checkbox"/> 50Hz</p> <p>4. Chân không tối đa: ≥80kPa</p> <p>5. Chân không điều chỉnh trong khoảng 20kPa đến chân không tối đa</p> <p>6. Dòng khí tối đa: ≥20L/min (760mmHg)</p> <p>7. Mức âm thanh: ≤60dB(A)</p> <p>8. Bình hút (thủy tinh): 2500ml/bình, một máy có 2 bình</p> <p>9. Khối lượng: 15.5kg</p> <p>10. Kích thước: 360 x 320 x 480 (mm)</p> <p>Không được sử dụng máy ở nơi dễ cháy nổ.</p> <p>Hệ thống làm việc: hoạt động liên tục cùng với tải gián đoạn. Thời gian làm việc tối đa là 30 phút, tỷ lệ liên tục là 50%</p> <p>Phân loại điện: Thiết bị loại I, ứng dụng nhóm B</p> <p>Điều Kiện Làm Việc Bình Thường:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhiệt độ làm việc: +5 độC ~ +35 độ C - Độ ẩm tương đối: 30% ~ 80% - Áp suất không khí: 86kPa ~ 106kPa 		
10	Nồi hấp tiệt trùng	<p>Nguyên lý hoạt động:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Là thiết bị được ứng dụng trong khử trùng thiết bị và các vật liệu tiêu hao bằng cách sử dụng áp suất cao trong hơi nước bão hòa ở 1210C trong khoảng 15-20 phút tùy thuộc vào kích thước và dung tích của đối tượng cần hấp khử trùng - Khoang chứa được làm bằng thép không gỉ - Nhiệt độ tiệt trùng: 121 - 1260C - Thể tích khoang chứa: 18 lít 	1	cái

		- Áp suất tiệt trùng: 0,142 – 0,160Mpa - Nguồn điện: 220V – 50Hz		
--	--	---	--	--

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Giao hàng tại Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà. Vui lòng cung cấp cho Trung tâm báo giá chi tiết về sản phẩm, bao gồm các thông tin:

- Giá thành sản phẩm/dịch vụ, các chi phí phát sinh liên quan.
- Thời gian giao hàng dự kiến trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
- Các điều kiện thanh toán và chính sách đổi trả, bảo hành.
- Điều khoản thanh toán, thông tin chi tiết về phương thức thanh toán, thời hạn thanh toán.
- Điều khoản và điều kiện thỏa thuận liên quan đến việc mua sản phẩm.

Trung tâm y tế rất mong muốn nhận được báo giá chi tiết và sớm nhất từ quý công ty.

**CHỦ ĐẦU TƯ
GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thế Phiệt

Phụ lục: Mẫu yêu cầu báo giá

(ban hành kèm theo Công văn số: 758 /TTYT-KHTV ngày 15/9/2023 của Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà

Trên cơ sở Yêu cầu báo giá của đơn vị Trung tâm Y tế huyện Thạch Hà, đơn vị.....xin gửi báo giá như sau:

STT	Danh mục thiết bị y tế	Thông số kỹ thuật, tính năng và các chi tiết liên quan	Model, hãng sản xuất, nước sản xuất	Năm sản xuất	Số lượng	Đơn giá	Thuế, phí, lệ phí	Chi phí lắp đặt, bảo hành và các dịch vụ liên quan	Thành tiền	Mã kê khai
Thiết bị										

(Tài liệu gửi kèm chứng minh về tính năng kỹ thuật, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan đến thiết bị)

2. Báo giá có hiệu lực trong vòng ngày(không nhỏ hơn quá 90 ngày), kể từ ngày 15/9/2023

3. Các cam kết khác:

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực
- Giá trị thiết bị là phù hợp, không vi phạm qui định pháp luật như bán phá giá, đẩy giá
- Đơn vị đang hoạt động kinh doanh lành mạnh về tài chính

....., ngày tháng năm 2023

Đại diện hợp pháp của đơn vị

